human protection

Human Protection B.V.
Pays-Bas

Droogdokkeneiland 4
5026 SR Tilburg

info@humanprotection.nl
www.humanprotection.nl

10 points de contrôle importants avant de laisser le patient seul

FeelSafe Pro

ATTENTION! Veillez à connaitre le PLAN DE SOINS ou la prescription médicale du patient et à savoir comment et à quelle fréquence vous devez contrôler le patient.

1. **Tente et maille.** Contrôlez l'absence d'usure, de trous dans les panneaux de nylon ou dans la maille. Contrôlez si la tente et
le cadre ont été fixés sans danger et correctement au lit d'hôpital et si le cadre métallique est entièrement protégé par les rouleaux de mousse. Contrôlez également s'ils sont en bon état.

2. **Matelas.** Le matelas doit toujours être enfermé dans le compartiment du matelas. Ne placez JAMAIS un matelas dans l'espace réservé au patient (seul le surmatelas de 5cm de Human Protection est autorisé) afin d'éviter que le patient ne puisse se glisser et se coincer sous le matelas.

3. **Hygiène.** Veillez à ce que le lit soit propre, ne comporte pas d'objet ou de déchets qui pourraient augmenter le risque de blessure ou d'étouffement.

4. **Hauteur du lit et télécommande du lit.** Veillez à ce que le lit soit en position la plus basse. Vous diminuez ainsi le risque que le lit ne bascule quand le client s'agite ou devient agressif. Ne laissez JAMAIS la télécommande du lit dans l'espace du patient lorsque le patient reste sans surveillance.

5. **Roues pivotantes verrouillables.** Pour éviter tout risque de mouvement indésirable du lit, il faut bloquer les 4 roues pivotantes verrouillables lorsque le patient est dans le lit.

6. **Fermetures à glissière et fermetures rapides.** Testez si toutes les fermetures à glissière s'ouvrent facilement et se ferment sans danger ou vérifiez qu'il n'y a pas d'espaces ou d'ouvertures si on exerce une pression sur la fermeture à glissière. Testez toutes les fermetures à glissière sur toute la longueur en appuyant sur le panneau ou sur la tente à côté de la fermeture à glissière. Vous pouvez ainsi contrôler si elles sont bien fermées. Utilisez TOUJOURS la tirette de la fermeture et fermez toutes les fermetures rapides sur tous les panneaux d'accès.

7. **Disposition.** Placez le lit clos FeelSafe Pro en vérifiant qu'il y ait une distance suffisante entre le lit clos et les murs, les meubles ou autres objets, pour éviter que le patient ne puisse se blesser depuis l'intérieur du lit clos.

8. **Ouvertures de drainage.** Veillez à ce que toutes les fermetures à glissière soient fermées si les ouvertures ne sont pas fermées. Contrôlez si l'écoulement n'est pas perturbé lorsque vous utilisez les ouvertures.

9. **Bouton d'appel.** Lorsque le PLAN DE SOINS permet l'utilisation d'un bouton d'appel par le patient, il faut veiller à ce que le patient puisse facilement accéder à ce bouton.

10. **Réglage du plan de couchage.** Que les parties relève-buste et relève-jambes du lit doivent être abaissées en position la plus basse à l'horizontale, pour réduire le risque de piégeage.